




**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
DĄBROWA GÓRNICZA**

WZ.0003.3.2019.MS

Dąbrowa Górnicza, 18.04.2019 r.



**Pan Grzegorz Jaszczyra
Radny Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego o numerze BRM.0003.139.2019 z dnia 08.04.2019 r. informuję, że zgodnie z informacją przedstawioną przez p.o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej:

1. Rezonans magnetyczny jest nieczynny od dnia 26.03.2019 r.; przyczyną niesprawności aparatu jest awaria;
2. Przyczyny awarii zostały niezwłocznie ustalone przez serwis producenta; zostały również podjęte dalsze kroki dotyczące wyeliminowania awarii;
3. Rezonans magnetyczny został zakupiony w 2013 r.; przeglądy i konserwacja aparatu prowadzone są przez serwis producenta zgodnie z harmonogramem i zaleceniami;
4. Konkurs został rozstrzygnięty i aktualnie Szpital oczekuje na zaproszenie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia do podpisania umowy; naprawa rezonansu wymaga wymiany części; aktualnie trwa postępowanie przetargowe; otwarcie ofert zaplanowano na dzień 19.04.2019 r.; od momentu podpisania umowy firma będzie zobowiązana zrealizować naprawę w ciągu 14 dni roboczych.

Zastępca
Prezydenta Miasta
Bożena Borowicz

Otrzymują do wiadomości:

- Biuro Rady Miejskiej
- Wydział Administracyjny – Referat Organizacyjny



**DĄBROWA
GÓRNICZA**
dla aktywnych

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
e-mail: sekretariat2@dabrowa-gornicza.pl
www.dabrowa-gornicza.pl

Centrala tel. +48 32 295 67 00
Sekretariat: tel. +48 32 295 69 70
faks +48 32 295 69 40